Description	VS-118-200 Videoscope	FIS-007 Flexible Inspection Scope CT-101	FIS-007 Flexible Inspection Scope CT-102	FIS-007U,FIS-007H Control Box	FIS-006 Flexible Inspection Scope	FIS-006 Cable	FIS-005 Flexible Inspection Scope	FIS-004 2.4mm Video Borescope	FIS-003 Flexible Inspection Scope Kit	FIS-S001 Flexible Inspection Scope Camera	FBR 001, FBR 002 Fiberscope and LED Light Source Adap.	MICR008 USB Microscope
Submersion Methods												
Glutaraldehyde	Y	Y	Y		Y		Y				Y	
Ortho-phthalaldehyde	Y	Y	Y		Y		Y				Y	
Peracetic Acid	Y	Y	Y		Y		Y					
Enzymatic Detergent	Y	Y	Y		Y		Y				Y	
Neutral pH Detergents	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y		Y	Y	
Sodium Borate		Y	Y				Y				Y	
Sodium Xylene Sulfonate							Y				Y	
Tetrapotassium Pyrophosphate		Y	Y				Y				Y	
Trisodium Nitrilotriacetate							Y				Y	
Wipes												
Quaternary Ammonia Wipes	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y
Detergent Wipes	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	
Hydrogen Peroxide Wipes	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Liquid Hydrogen Peroxide	Y				Y	Y	Y				Y	
Alcohol Wipes	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Bleach Wipes				Y					Y	Y		
Low Temperature Sterilization												
Ethylene oxide		Y	Y				Y				Y	
STERRAD® Systems (Standard Cycle)							Y				Y	
Steris System 1E	Y				Y		Y				Y	
STERIS V-PRO® (Non-Lumen Cycle)	Y				Y		Y				Y	
Additional Comments				**Isopropyl Alcohol, Ortho Phenylphenol**	**Control Box- Isopropyl Alcohol, Can Not Be Submerged**		**Camera Cable- Isopropyl Alcohol, Can Not Be Submerged**	**Isopropyl Alcohol**			**LED Light Source Adapter- Enzymatic and Neutral pH solutions**	**Ethyl Alcohol**